

**Arbeitshilfe für die Erstellung eines Funktions-, Flächen- und
Raumprogramms für die Sterilgutversorgung (Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte - AEMP)**

Der Planung einer AEMP soll eine eingehende Prüfung der zugrundeliegenden Rahmenbedingungen vorausgehen. So sind im Vorfeld Synergien mit anderen Krankenhäusern zu prüfen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchzuführen. Schichtbetrieb, anfallende Transportwege, externe Belieferung, die Erforderlichkeit von Leih- und Sonderinstrumenten beeinflussen ebenfalls die Funktionsabläufe sowie den Flächenbedarf der AEMP. Die Flächen und Funktionen sind von dem jeweiligen Betriebs- und Organisationskonzept abhängig. Auf die Empfehlungen des DGSV wird verwiesen. Synergien mit der OP-Abteilung (Lager, Personalumkleiden) sind zu berücksichtigen.

DIN 13080	Funktion / Fläche / Raum	Zentralsterilisation			Anmerkungen
		15.000 STE m ² Nutz- fläche	30.000 STE m ² Nutz- fläche	50.000 STE m ² Nutz- fläche	
5.0 Ver- und Entsorgung	- Die nachstehenden Angaben gelten, wenn die Zentralsterilisation nur das eigene Haus versorgt ("Ein-Haus-Lösung"). - Sofern externe Instrumente angeliefert werden, ist die Tabelle um eine weitere Spalte "davon externe/ambulante" zu ergänzen.				
5.03 Sterilgutversorgung	- Die zugrundegelegten STE sind Anhaltzahlen und sind zu lesen: "mit bis zu" - Falls auch Externe versorgt werden, müssen gegebenenfalls weitere Flächen für die An- und Ablieferung berücksichtigt werden.				
	unreiner Bereich				
	Materialannahme - Versorgungswagen unrein	60	80	110	Flächenverteilung abhängig vom Logistikkonzept ; inkl. Aufstellfläche RDG's
	Wagenreinigung				
	Dekontamination mit RDGs				
	Putzraum unrein	5	5	5	bei Bedarf, sofern keine Synergien zu anderen Funktionseinheiten
	Personalumkleide unrein - Einkammer - Leihinstrumente	6	6	10	geschlechterneutral, da wenig Nutzer; inkl. WC optional (mind. 6 qm)
	reiner Bereich				
	Kontrolle, Warten, Pflegen, Sortieren, Packen, Einlaufzone Sterilisatoren	70	90	130	inkl. Aufstellfläche Sterilisatoren
	Lager Ergänzungsgüter/Nachlegeinstrumente	20	30	40	
	Lager Verpackungsgüter und sonstige Verbrauchsgüter Packzone				
	Kommissionierung Sterilgut / Abkühlzone / Sterilgutausgabe	40	60	80	
	Personal-Umkleiden als Schleuse zum reinen Bereich	16	18	20	2 x 8 qm, 2 x 9 qm bzw. 2 x 10 qm; inkl. WC
	Personalaufenthalt mit Teeküche				bei Bedarf, sofern keine Synergien zu anderen Funktionseinheiten
	Dienstraum / Leitung; reine Seite	12	12	12	mit abgetrenntem Zugang von außen
	Putzmittel rein	5	5	5	
	Zentraler Dosiermittelraum / Dosieranlage / Osmoseanlage				Technikfläche
	Gesamtfläche Sterilgutversorgung	234	306	412	